



試験所 認定証

認定番号 RTL04470

機 関 名 称 : 一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター

所 在 地 : 群馬県前橋市西片貝町五丁目 23 番地 10

貴機関は本協会の下記の基準に適合していることが認められましたので、ここに試験所として認定します。

適 用 基 準 : JIS Q 17025:2018 (ISO/IEC 17025:2017)

認 定 範 囲 : 食品・医薬品試験 (附属書による。)

事 業 所 : 附属書による。

有 効 期 限 : 2030 年 2 月 28 日

改定日 2025 年 8 月 27 日

更新日 2026 年 3 月 1 日

初回認定日 2018 年 2 月 21 日

公益財団法人
日本適合性認定協会

理事長

三木幸信

三木 幸信



認定番号

RTL04470

認定証 附属書

(1/2頁)

試験所・校正機関の別	試験所
機関名称	一般財団法人 群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
機関所在地	群馬県前橋市西片貝町五丁目 23 番地 10

1) 試験を実施する事業所

事業所名称	一般財団法人 群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
〒	371-0013
所在地	群馬県前橋市西片貝町五丁目 23 番地 10
恒久的施設で行う試験か、 現地試験かの別	☒ 恒久的施設で行う試験 ☐ 現地試験

認定範囲

分野	M27 食品・医薬品試験
分類コード	M27.A4
対象品目	浄水及び水道水

技術分類コード 及び名称	試験対象項目		試験規格／標準作業手順書
	項目	測定範囲	
B1 規格試験	Cd	0.0003 mg/L 以上	試験規格： 誘導結合プラズマ質量分析装置に よる一斉分析法 (厚生労働省告示第 261 号 別表第 6) 標準作業手順書： 検査実施標準作業書 (QS-02)
	Se	0.001 mg/L 以上	
	Pb	0.001 mg/L 以上	
	As	0.001 mg/L 以上	
	Cr (VI)	0.002 mg/L 以上	
	B	0.1 mg/L 以上	
	Zn	0.01 mg/L 以上	
	Al	0.02 mg/L 以上	
	Fe	0.03 mg/L 以上	
	Cu	0.01 mg/L 以上	
	Mn	0.005 mg/L 以上	
	Na	0.1 mg/L 以上	
	硬度 (Ca, Mg)	1 mg/L 以上	



認定番号

RTL04470

認定証 附属書

(2/2頁)

試験所・校正機関の別	試験所
機関名称	一般財団法人 群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
機関所在地	群馬県前橋市西片貝町五丁目 23 番地 10

【認定証に係る注記】

- 1)この認定は、上記規格に規定されたラボラトリ活動を対象とするものであり、規格に含まれるその他の活動、例えばリスクマネジメント、リスクアセスメントの実施等はラボラトリの認定された能力の範囲には含まない。
- 2)年号及び/又は版番号の表記がない場合、最新規格の発行後半年以内に最新版に対応した試験・校正・サンプリングを実施する。
- 3)FCC 向け EMC 試験所のみ
本認定は、試験対象品目が FCC 規制による承認を受けたことを意味するものではない。
FCC が承認した試験所の一覧は FCC ウェブサイト(<https://apps.fcc.gov/oetcf/eas/>) を参照のこと。

公益財団法人
日本適合性認定協会